

PINJET

PORTUGUÊS

DEFINIÇÃO: Pinos para moldagem intrarradicular e/ou confecção de núcleos metálicos. **COMPOSIÇÃO:** Policarbonato. **INDICAÇÕES:** Moldagem intrarradicular para confecção de núcleos metálicos; Confecção de núcleos metálicos pela técnica direta. **TÉCNICA DE USO:** **A. MOLDAGEM INTRARRADICULAR** - 1. Preparo do espaço intrarradicular; 2. Adaptação do PINJET permitindo um alívio entre o mesmo e as paredes do canal; 3. Aplicação de adesivo no PINJET de acordo com material de moldagem selecionado; 4. Aplicação de material de moldagem no PINJET e introdução no canal preparado. **B. CONFECÇÃO DE NÚCLEOS METÁLICOS PELA TÉCNICA DIRETA** - 1. Preparo intrarradicular; 2. Isolamento do conduto; 3. Reembasamento do PINJET com resina acrílica no preparo intrarradicular; 4. Confecção da parte coronária do núcleo; 5. Remoção e envio para fundição.

ENGLISH

DEFINITION: Polycarbonate post for intra-root impression and/or build-up. **COMPOSITION:** Polycarbonate. **INDICATIONS:** Root canal impression for the fabrication of metal posts indirectly; Post molding for the fabrication of metal posts directly. **TECHNIQUE OF USE:** **A. INDIRECT ROOT CANAL IMPRESSION** - 1. After canal preparation, adapt PINJET loosely in canal (there should be a space between pin and canal wall); 2. Apply on PINJET the specific adhesive of the selected impression material; 3. Apply the impression material on PINJET and place it in root canal. **B. DIRECT METAL POST MOLDING** - 1. After canal preparation, apply a separating agent on canal; 2. Reline PINJET with self-cured acrylic resin in the canal; 3. Build core of post with self-cured acrylic resin; 4. Make final adjustments and send mold to lab for casting.

ESPAÑOL

DEFINICIÓN: Pernos para impresión intra-radicular y/o confección de muñones metálicos. **COMPOSICIÓN:** Policarbonato. **INDICACIONES:** Impresión intra-radicular asociada a materiales de impresión para confección de muñones metálicos por la técnica indirecta; Confección de muñones metálicos por la técnica directa. **TÉCNICA DE USO:** **A. IMPRESIÓN INTRA-RADICULAR POR LA TÉCNICA INDIRECTA** - 1. Después de la preparación intra-radicular, adaptar el PINJET de tal manera que haya alivio entre el perno y la pared del conducto; 2. Aplicar en el PINJET el material adhesivo específico para el material de impresión elegido; 3. Aplicar el material de impresión en el PINJET y posicionarlo en el conducto. **B. CONFECCIÓN DE PERNO COLADO POR TÉCNICA DIRECTA** - 1. Después de la preparación del conducto, aplicar un aislante en el conducto; 2. Reebasamiento del PINJET con resina acrílica autocurable dentro del conducto; 3. Confección del muñón con resina acrílica autocurable; 4. Haga ajustes finales y envíe la impresión para el Laboratorio.

TÜRKÇE

TANIM: Intraradiküler ölçü almak için ya da metalik post yapımı için postlardır. **İÇERİK:** Polikarbonat. **ENDİKASYONLARI:** Metalik post yapımı için intraradiküler ölçü almak için.; Direkt teknikle metalik post yapımı için. **KULLANIM TALİMATLARI:** **A. INTRADİKÜLER ÖLÇÜ ALMAK** - 1. Intraradiküler alanın hazırlanması; 2. Kanalin kenarları arasında bir ara bırakarak PINJET'in adaptasyonu; 3. Seçilen ölçü malzemesine göre PINJET'e adezif uygulayın; 4. PINJET'e ölçü malzemesi uygulayın ve hazırlanan kanala yerleştirin. **B. DIREKT TEKNİKLE METALİK POSTLARIN YAPIMI** - 1. Intraradiküler hazırlık; 2. Kanalin izolasyonu; 3. Adaptasyon yapmak için Intraradiküler bölgeye akrilik rezin uygulamak; 4. Post'un kor tarafının yapımı; 5. Çıkarın ve döküm için laboratuvara gönderin.

REFERÊNCIAS | REFERENCES | REFERENCIAS | REFERANS

1. Anagnostopoulos, T.; Eliades, G.; Palaglais, G.: Composition, Reactivity and Surface Interactions of Three Dental Silane Primers. Dent Mater 9: 182-90 May, 1993.
2. Galan JR, J.: Materiais Dentários. O Essencial para Estudante. São Paulo - Livraria e Editora Santos Ltda, 1ª Edição, 1999.
3. Pacheco, J.F.M.; De Goes, M.F.; Consani, S.: Influência do Condicionamento e Aplicação do Silano na Resistência da União Porcelana-Resina Composta. Revista ABO Nacional, v.7,n.2, 81-94, 1999.
4. Souza JR., M.H.: Facetas Laminadas em Cerâmicas. Maxi-Odonto: Dentística, v.1,n.6, 28-40, 1995.

1050500 - 0314102016



For the digital file, please visit our website through the link in the QR code. ▼

Responsável técnico | Technical contact

Responsable técnico:

Sônia M. Alcântara - CRO-PR 4536

EC REP EMERGO EUROPE

Prinsessegracht 20 - 2514 AP,
The Hague - The Netherlands.



Angelus Indústria de Produtos Odontológicos S/A

CNPJ 00.257.992/0001-37 - I.E. 60128439-15

Rua Waldir Landgraf, 101 - Bairro Lindóia

CEP 86031-218 - Londrina - PR - Brasil



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR | CUSTOMER SERVICE | ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+55 (43) 2101-3200 | 0800 727 3201 (Brasil) | sac@angelus.ind.br | www.angelus.ind.br

Simbologia | Symbology | Simbología:

	Produto de uso único. Disposable product. Producto de uso único.		Manter seco. Keep dry. Mantener seco.
	Cuidado, consultar documentos acompanhantes. For care, see accompanying documents. Cuidado, consultar documentos adjuntos.		Manter ao abrigo do sol. Keep under shelter of the sun. Mantener al abrigo del sol.

ATENÇÃO: Este produto deve ser usado de acordo com as instruções deste manual. O fabricante não é responsável por falhas ou danos causados pela utilização incorreta deste produto ou pela sua utilização em situações de não conformidade com este manual.

ATTENTION: This product must be used according to the instructions described in this manual. The manufacturer is not responsible for failure or damage caused by incorrect handling or use.

ATENCIÓN: Este producto debe ser usado de acuerdo con las instrucciones de este manual. El fabricante no es responsable por fallas o daños causados por la utilización incorrecta de este producto, o por su utilización en situaciones que no estén de acuerdo con este manual.

ÖNEMLİ: Bu ürün kullanım talimatlarına göre kullanılmalıdır. Üretici yanlış kullanıstan ileri gelen aksaklıklar ve zararlardan, kullanım talimatlarına uygun olmayan kullanıstan sorumlu değildir.